



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 05 сентября 2019 года № РЗН 2013/110

На медицинское изделие

Материал упаковочный для стерилизации: рулоны комбинированные плоские и со складками «СтериТ®» по ТУ 9398-083-11764404-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО "НПФ "ВИНАР"),
Россия, 105094, Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, помещ. VIII**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО "НПФ "ВИНАР"),
Россия, 105094, Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, помещ. VIII**

Место производства медицинского изделия

ООО «НПФ «ВИНАР», Россия, 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Большая Протечная, д. 516

Номер регистрационного досье № РД-26947/24176 от 22.04.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 05 сентября 2019 года № 6677
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0043858

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 сентября 2019 года № РЗН 2013/110

Лист 1

На медицинское изделие

Материал упаковочный для стерилизации: рулоны комбинированные плоские и со складками «СтериТ®» по ТУ 9398-083-11764404-2011:

1. Рулоны комбинированные плоские «СтериТ®» с индикаторами 1 класса РКС, типоразмер по ширине от 30 до 600 мм, с шагом 1 мм, типоразмер по длине в диапазоне от 10 до 1000 м, с шагом 1 м.
2. Рулоны комбинированные со складками «СтериТ®» с индикаторами 1 класса РКС, типоразмер по ширине от 50 до 600 мм, с шагом 1 мм, типоразмер по ширине складок от 10 до 100 мм, с шагом 1 мм и типоразмер по длине в диапазоне от 10 до 500 м, с шагом 1 м.
3. Рулоны комбинированные плоские «СтериТ®» с индикаторами 1 класса и 4, или 5, или 6 класса РКСи, типоразмер по ширине от 30 до 600 мм, с шагом 1 мм, типоразмер по длине в диапазоне от 10 до 1000 м, с шагом 1 м.
4. Рулоны комбинированные со складками «СтериТ®» с индикаторами 1 класса и 4, или 5, или 6 класса РКСи, типоразмер по ширине от 50 до 600 мм, с шагом 1 мм, типоразмер по ширине складок от 10 до 100 мм, с шагом 1 мм и типоразмер по длине в диапазоне от 10 до 500 м, с шагом 1 м.
5. Рулоны комбинированные плоские «СтериТ®» без индикаторов РКСб, типоразмер по ширине от 30 до 600 мм, с шагом 1 мм, типоразмер по длине в диапазоне от 10 до 1000 м, с шагом 1 м.
6. Рулоны комбинированные со складками «СтериТ®» без индикаторов РКСб, типоразмер по ширине от 50 до 600 мм, с шагом 1 мм, типоразмер по ширине складок от 10 до 100 мм, с шагом 1 мм и типоразмер по длине в диапазоне от 10 до 500 м, с шагом 1 м.

Handwritten mark

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0057002